



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-22720

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Анализатор влажности Cermet II IS с гигрометром Transmet IS
и портативный анализатор влажности Cermax IS во взрывозащищенном
исполнении.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 0000, 42 1520 (9025 80 910 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Michell Instruments Ltd."
(Великобритания).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация,
свидетельства ЦСВЭ № 2003.C62 и № 2003.C136.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 13.11.2009

Дата выдачи 13.11.2006



Статс-секретарь -
заместитель руководителя
К.Л. Чайка

АА 016227